CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 134262/15.09.2022

APROBAT
Florin Ștefan VASILE
Director general

Documentație tehnică
Achiziție dispozitive și echipamente medicale

1 INTRODUCERE

Documentația tehnică face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
În cadrul acestei proceduri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din documentația tehnica și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. **Obiectul** contractului îl reprezintă furnizarea de dispozitive și echipamente medicale

Anexa 1.1 - descrierea detaliată a produselor lot 1-dispozitive medicale de măsurat
Anexa 1.2 - descrierea detaliată a produselor lot 2- dispozitive și echipamente medicale pentru medicina de urgență
Anexa 1.3 - descrierea detaliată a produselor lot 3- aparatură și dispozitive de uz medical general
Anexa 1.4 - descrierea detaliată a produselor lot 4 – dispozitive recuperare și reabilitare medicală
Anexa 1.5 - descrierea detaliată a produselor lot 5 – echipamente gimnastică medicală
Anexa 1.6 - descrierea detaliată a produselor lot 6 – lămpi bactericide
Anexa 2.1 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 1-dispozitive medicale de măsurat
Anexa 2.2 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 2- dispozitive și echipamente medicale pentru medicina de urgență
Anexa 2.3 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 3- aparatură și dispozitive de uz medical general
Anexa 2.4 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 4 – dispozitive recuperare și reabilitare medicală
Anexa 2.5 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 5 – echipamente gimnastică medicală

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 2.6 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 6 – lămpi bactericide
Anexa 3.1 - cantități lot 1-dispozitive medicale de măsurat
Anexa 3.2 – cantități lot 2- dispozitive și echipamente medicale pentru medicina de urgență
Anexa 3.3 - cantități lot 3- aparatură și dispozitive de uz medical general
Anexa 3.4 - cantități lot 4 – dispozitive recuperare și reabilitare medicală
Anexa 3.5 - cantități lot 5 – echipamente gimnastică medicală
Anexa 3.6 - cantități lot 6 – lămpi bactericide

2.2. **Perioada** pentru care se solicită încheierea contractului 31.12 2022.

2.3. **Procedura se derulează pe loturi : DA**

3. MODIFICAREA CONTRACTULUI

3.1 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul, indiferent dacă aceste modificări sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, așa cum prevede **art. 164** din **H.G. nr. 395/2016** ***pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice***, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 221, alin. (2) din **Legea nr. 98/2016** ***privind achizițiile publice***, fără a afecta caracterul general al contractului și fără schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.

3.2 Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

3.3 Orice modificare a contractului se poate face prin act adițional și numai în timpul perioadei de execuție a contractului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de contractul inițial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adițional la contract, indiferent de procentul în care această relocare este cerută.

3.4 Pe toata durata contractului furnizorul este obligat sa livreze numai produse declarate si de la producătorul declarat în propunerea tehnică.

3.5 Schimbarea produsului si a producătorului se poate face doar cu acceptul autorității contractante si numai daca produsele sunt superioare calitativ fata de cele ale producătorului inițial.

Prestatorul va putea schimba produsul/produsele prezentate în oferta tehnică doar in situații temeinic justificate îndeplinind-se cumulativ următoarele condiții:

a) Operatorul economic va prezenta autorității contractante o adresa de înaintare prin care se va solicita acordul pentru înlocuirea produsului/produselor.
b) Adresa va fi însoțită de documente justificative (fisa tehnica a produsului) din care sa reiasă ca produsul/produsele care se va/ vor înlocui respecta cel puțin caracteristicile ofertate inițial sau sunt superioare acestora.
c) După analizarea documentelor si doar in urma acceptului dat pentru înlocuirea produsul/produsele către autoritatea contractanta, se va proceda la întocmirea unui act adițional având ca obiect schimbarea produsul/produsele si se vor putea livra produsul/produsele acceptate.

4. DESCRIEREA PRODUSELOR

4.1. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile documentației tehnice va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel

calitativ superior cerințelor minimale din documentația tehnica. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în documentația tehnica, sau care nu satisfac cerințele documentației tehnice este considerată neconformă. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent".

4.2. Descrierea detaliată a produselor este făcută în **Anexele nr. 1.1 – 1.6** la prezenta documentație tehnica care este parte integrantă din acesta, denumită în continuare **Anexele 1.1 – 1.6.**

4.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

4.3.1. <u>Livrarea produselor:</u>

4.3.1.1. Furnizorul trebuie să asigure produsul menționat în maxim ..... zile lucrătoare de la lansarea comenzii (termenul de ..... zile lucrătoare decurge din următoarea zi în care este lansată comanda), la locațiile prevăzută în prezenta documentație tehnică. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

4.3.1.2. Comanda va fi unică și va fi lansată în scris (prin fax, email), de comun acord cu furnizorul.

4.3.1.3. Zilele de livrare: luni-vineri între orele 8.00 – 14.30.

4.3.1.4. Se vor întocmi facturi pentru fiecare locație în parte.

4.3.1.5. Celelalte documente care țin de organizarea și desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, în forma convenită cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

4.3.1.6. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la adresele indicate de Autoritatea Contractantă.

4.3.1.7. Fiecare produs va fi însoțit de toate documentele solicitate și necesare pentru demonstrarea calității și conformității.

4.3.1.8. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

4.3.1.9. Livrarea produselor va fi însoțită de următoarele documente

- Certificat/ declarație de calitate
- Certificat/ declarație de conformitate
- Certificatul de garanție

4.3.2. <u>Calitatea produselor :</u>

4.3.2.1. Calitatea produselor se garantează obligatoriu de către ofertant pe baza certificatelor de calitate (de conformitate – din partea producătorului), certificat de garanție, sau după caz, orice alt document care să garanteze protecția consumatorului.

4.3.2.2. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate .

4.3.2.3. Nu vor fi acceptate produsele care nu sunt conforme standardelor sau specificației tehnice de produs.

4.3.2.4. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.

4.3.2.5. Costurile suplimentare determinate de testarea calității bunurilor (dacă este cazul) vor fi suportate de către furnizori, în cazul în care, produsele sunt declarate neconforme sau de calitate inferioară celei solicitate în prezentul caiet de sarcini.

4.3.2.6. Fiecare produs va fi însoțit la livrare de certificat de calitate și declarație de conformitate.

4.3.2.7. Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

4.3.3. Ambalajul :

4.3.3.1. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

4.3.3.2. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produsului pe timpul depozitării și transportului;

4.3.3.3. Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului.

4.3.3.4. Ambalajele individuale vor fi imprimate și/sau prevăzute cu etichete atașate astfel încât să nu se poată schimba. Toate informațiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lasă urme vizibile.

4.3.3.5. Se impune păstrarea integrității ambalajului.

4.3.4. Transportul

4.3.4.1. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi transportate în condiții care să respecte normele în vigoare.

4.3.4.2. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

4.3.4.3. Fiecare transport va fi însoțit de certificat de calitate și alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

4.3.4.4. Destinația de livrare este menționată în **Anexele 2.1- 2.6** la prezenta documentație tehnica.

4.3.5. Etichetarea produselor

4.3.5.1. Etichetele reprezintă orice element (material) scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conține elemente de identificare a produsului si care însoțește ambalajul produsului.

A. Elemente de identificare a produsului:
~denumirea produsului
~denumirea produsului sau a mărcii de fabrică
~denumire importatorului
~calitatea produsului
~numărul standardului de fabricație sau a normei tehnice
~data fabricației sau termenul de valabilitate
~cantitatea ambalată

B. Elemente de informare a consumatorilor:
~condiții de păstrare
~indicații de utilizare
~condiții de întreținere

Modalități de marcare al acestor elemente:
a)etichetare incluse, etichete litografiate cuprind si fotografia produsului ambalat
b)pe banderole litografiate
c)imprimare pe ambalaje de (hârtie, carton ,materiale plastice, materiale complexe)

Eticheta va fi in limba romana si trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- denumirea produsului,
- denumirea și/sau marca producătorului,
- termenul de garanție,
- principalele caracteristici tehnice și calitative,
- modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, păstrare,
- contraindicații

4.4. **Asigurare pe durata transportului**: Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

5. RECEPTIA PRODUSELOR

- Recepția produselor se va face pe bază de proces verbal de recepție/notă de intare-recepție semnat de reprezentanții beneficiarului.
- Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor la locația indicată de Autoritatea Contractantă și constă în:
  - verificarea concordanței între produsele livrate și specificațiile tehnice din contract/caietul de sarcini;
  - verificarea concordanței certificatelor de calitate a produselor și a termenelor de garanție;
  - verificarea cantităților de produse conform facturii fiscale ce însoțește marfa.
- Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.
- ***Daca furnizorul, după ce a fost înștiintat, nu reușește să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune interese.***
- Termenul de verificare și de acceptare a produselor este de 3 zile lucrătoare.

6. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚI OFERTA TEHNICĂ

6.1 Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor ofertate precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

6.2 Prin propunerea tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a produselor, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;

Nr. crt.	Denumirea produsului conf. documentației tehnice - anexele nr. 1.1 – 1.6	Denumirea produsului ofertat	Denumirea producătorului pentru produsul ofertat	Caracteristici tehnice minimale solicitate de Autoritatea Contractanta menționate în anexele nr. 1.1 – 1.6 la prezenta documentație tehnica	Caracteristici tehnice propuse de ofertant	Cantitatea conform contract

6.3 Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

6.4 Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

6.5 În cadrul propunerii tehnice se vor oferi informații suficiente, verificabilitate și ușor de comparat, precum denumirea comercială a produsului, denumirea și/marca producătorului, principalele caracteristici tehnice și calitative și modul de păstrare.

6.6 Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate eliberate de producător, care sa conțină specificații tehnice, pentru produsele solicitate in Anexa nr. 1.1 – 1.6 la documentația tehnica.

6.7 Pentru toate pozițiile se va menționa denumirea produsului și producătorul.

6.8 De asemenea se solicitată operatorilor economici completarea și semnarea următorului calendar cu termenul de livrare de la lansarea comenzii, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire locație /Adresa de facturare	Punct de livrare	Comanda	Termen de livrare maxim ..... zile lucrătoare de la lansarea comenzii	Plata se va face în maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la autoritatea contractantă

6.9 Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

6.10 Operatorii economici vor prezenta, în copie lizibilă, cu certificarea „conform cu originalul", Avizul emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OMS nr. 566/2020 pentru tipurile de activități prestate în domeniul dispozitivelor medicale, în termen de valabilitate. În cadrul avizului trebuie să se regăsească producătorul dispozitivelor medicale care fac obiectul achiziției.

6.11 Dispozitivele medicale care fac obiectul achiziției vor fi purtătoare de marcaj CE. Pentru aceste dispozitive furnizorul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante următoarele documente:

- Declarație emisă de producător, de conformitate cu cerințele Directivei aplicabile;
- După caz, Certificat/e de conformitate CE emis/e de un Organism Notificat la Bruxelles pe Directiva aplicabilă (Organism Notificat care se identifică printr-un număr unic de identificare format din 4 cifre, număr care trebuie să însoțească marcajul CE aplicat pe etichetă / dispozitivul medical respectiv).

Pentru a preveni achiziția de dispozitive medicale contrafăcute, cu implicații asupra sănătății beneficiarilor, autoritatea contractanta poate să verifice Organismele Notificate pe site-ul http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ - secțiunea Body și, acolo unde este posibil, certificatele prezentate de furnizori pe site-urile Organismelor Notificate, pentru a se asigura că nu sunt contrafăcute/false.

6.12 Etichetă cu informațiile traduse în limba română – după caz;

6.13 Instrucțiuni de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română – după caz

6.14 Se va prezenta declarație pe proprie răspundere privind respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului și fiscalitatea (www.mmssf.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro).

6. LEGISLAȚIE

6.1. O.G. nr. 21/1992 ***privind protecția consumatorilor*** cu modificările si completările ulterioare;

6.2. Legea nr. 449/2003 ***privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora*** cu modificările si completările ulterioare;

6.3. **Legea nr. 363/2007** ***privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor*** cu modificările si completările ulterioare;

6.4. **Ordinul nr. 566/2020 emis de Ministerul Sănătății** ***pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale***

6.5 **O.U.G. nr. 46/2021** ***privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punere în aplicare a Regulamentului UE 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale***

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Anexa 1.1 - descrierea detaliată a produselor lot 1-dispozitive medicale de măsurat

1. **ANALIZOR DE URINA**
   - Afișaj LCD
   - Stocare date - minim 300 de probe de date
   - Parametrii testați
     - Glucoză (GLU)
     - Bilirubină (BIL)
     - Greutate specifică (SG)
     - PH, corp de cetonă (KET)
     - sânge ocult (BLD)
     - proteine (PRO)
     - urobilinogen (URO)
     - nitrit (NIT)
     - leucocite (LEU)
     - Acid ascorbic (VC)
   - Interfață de comunicare: Interfață micro USB, comunicație wireless Bluetooth
   - Repetabilitate: CV = 1%
   - Stabilitate: CV = 1%
   - Alimentare cu baterie încorporată și adaptor
   - termen de garanție minim 12 luni
   - Instrucțiuni de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

2. **APARAT DE MĂSURAT INR TIP 1**
   - Analizator portabil de determinare a INR -ului
   - Indicat în terapia anticoagulantă
   - Să poată fi conectat la computer sau la un sistem de gestionare a datelor
   - Funcții de siguranță care să testeze toate componentele majore înainte de afișarea rezultatului INR
   - Configurația de livrare minimă
     - aparatul de măsurat
     - 4 baterii AAA
     - Borsetă
     - Lansator de ace
     - Ace sterile minim 20 bucăți
     - Teste minim 20 bucăți
   - termen de garanție minim 24 luni
   - Instrucțiuni de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

3. **APARAT DE MĂSURAT INR TIP 2**
   - Analizator portabil de determinare a INR -ului și a timpului de protrombină
   - Să dețină funcția de pornire automata la introducerea testului în aparat
   - Memorie pentru minim 100 de rezultate
   - Interval de măsurare a INR între 0,7 - 7

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

- Configurația de livrare minimă
  - aparatul de măsurat
  - 4 baterii AA sau alimentator priză
  - Borsetă
- termen de garanție minim 24 luni
- Instrucțiuni de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

4. GLUCOMETRU TIP 1

- Aparat pentru măsurat glicemia
- display
- Timp de răspuns la măsurare maxim 7 sec
- Memorie pentru minim 300 de teste
- Alimentare cu baterii
- Configurația de livrare minimă
  - Aparatul propriu zis
  - Dispozitivul de înțepare
  - Baterii
  - 10 teste
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

5. GLUCOMETRU TIP 2

- Aparat pentru măsurat glicemia
- ecran
- Timp de răspuns la măsurare maxim 7 sec
- Memorie pentru minim 300 de teste
- Deconectare automata după maxim 3 minute de inactivitate
- Alimentare cu baterii
- Configurația de livrare minimă
  - Aparatul propriu zis
  - Dispozitivul de înțepare
  - Baterii
  - 50 teste
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

6. MANSETA TENSIOMETRU BRAT

- din material sintetic
- sistem de prindere cu scai tip velcro.
- diametru 24-48 cm
- termen de garanție minim 12 luni

7. PULSOXIMETRU CU SENZOR

- Pentru măsurarea SpO2 și rata pulsului

- să poată fi folosit în modul de verificare la fața locului precum și în mosul de monitorizare continuă
- dotat cu ecran LCD color
- să aibă alarme sonore și vizuale reglabile
- transferul datelor în timp real să fie făcut cu ajutorul tehnologiei infraroșu
- alimentare cu 3 baterii/ acumulatori AA
- SpO2 – domeniu de măsurare – 70-100% ± 2%
  Rezoluție 1 %
  Interval de alarmă - 50-100%
  Timp mediu – maxim 11 secunde
- Puls – interval – 18 -300 bpm ± 5%
  Rezoluție 1 bpm
  Interval de alarmă – 18-300 bpm
  Timp mediu – maxim 11 secunde
- Configurația de livrare minimă
  - Aparatul propriu zis
  - Senzor pentru adulți
  - Baterii /acumulatori
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

8. PULSOXIMETRU DE DEGET

- Să poată fi folosit atât pentru copii cât și pentru adulți
- Minim afișaj LED
- Alimentare cu baterii
- Să nu necesite calibrare
- Caracteristici minime afișare
  - ✓ Afișare valoare saturație oxigen (SpO2)
  - ✓ Afișare valoare puls (PR)
- Indicator baterie
- intervale de măsurare
- Saturația de oxigen - 70% -99%, acuratețe de ± 2%, rezoluție ± 1%,
- Măsurare puls – 30 bpm – 240 bpm, acuratețe de ± 2%, rezoluție ± 1%,
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Baterii
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

9. SCANNER TEMPERATURA

- Fără contact
- Să poată măsura temperatura corporală în °C
- Pentru montaj pe perete
- Fără contact
- Cu afișaj
- Precizie ±0,5 °C

- Timp de măsurare - maxim 1 secundă
- Acumulator inclus
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Încărcător
  - ✓ cablu
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

10. TENSIOMETRU DIGITAL TIP 1

- Cu manșon pentru braț
- Cu funcție EKG
- Ecran LCD
- Interval de măsurare - Presiune 0-260 mmHg, puls 40-160 bătăi pe minut
- Acurateţe - Presiune ±3 mmHg, puls în limita a ± 5% bătăi pe minut
- Alimentare cu baterii sau adaptor pentru priză
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Baterii și/sau adaptor
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

11. TENSIOMETRU DIGITAL TIP 2

- Cu manșon pentru braț
- Ecran LCD
- Interval de măsurare - Presiune 0-260 mmHg, puls 40-160 bătăi pe minut
- Acurateţe - Presiune ±3 mmHg, puls în limita a ± 5% bătăi pe minut
- Alimentare cu baterii sau adaptor pentru priză
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Baterii și/sau adaptor
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

12. TENSIOMETRU ELECTRONIC INCHEIETURA

- Digital
- Metodă de măsurare oscilometrică
- Pentru încheietuta mâinii
- Indicator baterie descărcată
- Interval de măsurare - Presiune 30-260 mmHg, puls 40-199 bătăi pe minut
- Acurateţe - Presiune ±3 mmHg, puls în limita a ± 5% bătăi pe minut
- Alimentare cu baterii
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis

- ✓ baterii
- ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

➢ termen de garanție minim 12 luni

13. TENSIOMETRU MECANIC

➢ Profesional
➢ Cu 3 manșete – pentru adulți, copii și supraponderali cu sistem de prindere cu scai tip velcro.
➢ Capacitate de încărcare -până la 600 mmHg
➢ Marja de eroare maximă admisă ± 2 mmHg
➢ Domeniu de măsurare 0-300 mmHg
➢ manometru cu Ø 52 mm
➢ Configurația de livrare minimă
- ✓ Aparatul propriu zis
- ✓ Geantă transport
- ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

➢ termen de garanție minim 12 luni

14. TERMOMETRU CU INFRAROSU NON CONTACT

➢ Produs destinat uzului uman
➢ Distanța de măsurare minim 1 centimetru maxim 10 centimetri
➢ Timp de măsurare - 2 secunde cu rata maximă admisă de ± 0,2 ° C
➢ Să măsoare temperatura corporală în °C
➢ Afișare ° C
➢ Certificare CE ca și dispozitiv medical
➢ Alimentare cu baterii
➢ Domeniu de măsurare intre 35 ° C si 42 ° C
➢ Metoda de măsurare – scanarea unui punct de pe frunte
➢ Ecran cu iluminare
➢ Configurația de livrare minimă
- ✓ Aparatul propriu zis
- ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

➢ termen de garanție minim 12 luni

15. TERMOMETRU DE CORP

➢ Digital
➢ Să măsoare temperatura corporală în °C
➢ cu semnal acustic la finalizarea măsurării
➢ afișarea ultimei valori măsurate;
➢ Configurația de livrare minimă
- ✓ Aparatul propriu zis
- ✓ husa de protecție.
- ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

- termen de garanție minim 12 luni

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 1.2 - descrierea detaliată a produselor lot 2- dispozitive și echipamente medicale pentru medicina de urgență

1. **BALON PENTRU RESPIRAȚIE ARTIFICIALĂ MANUAL**
- Pentru adulți
- Balon de silicon de minim 1500 ml, cu valvă pacient și supapă suprapresiune
- Autoclavabil
- Să nu conțină latex

2. **CONCENTRATOR DE OXIGEN TIP 1**
- Concentrație de oxigen: 90% - 96%
- Debit de oxigen livrat reglabil între 2 -10 litri / minut
- Dotat cu minim alarme la concentrație oxigen, sursă alimentare, temperatură
- Filtru de aer încorporat
- Sursă de alimentare - alimentator curent alternativ 220V
- Nivel de zgomot maxim 57 dB
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 24 luni

3. **CONCENTRATOR DE OXIGEN TIP 2**
- **Cu funcție de nebulizare**
- Indicator al densității oxigenului,
- Concentrație de oxigen: 90% - 96%
- Debit de oxigen livrat reglabil între 0,5 -5 litri / minut
- Sursă de alimentare - alimentator curent alternativ 220V
- Dotat cu minim alarme la concentrație oxigen, sursă alimentare, temperatură
- Nivel de zgomot maxim 45 dB
- Dotat cu minim filtru de aer
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 24 luni

4. **CONCENTRATOR DE OXIGEN TIP 3**
- Concentrație de oxigen: 90% - 96%
- Debit de oxigen livrat **reglabil** între 0,5 -5 litri / minut
- Surse de alimentare - alimentator curent alternativ 220V
- Dotat cu roți pentru a putea fi mobil
- Dotat cu minim alarme la concentrație oxigen, sursă alimentare, temperatură
- Nivel de zgomot maxim 45 dB
- Dotat cu minim filtru de aer

- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Bol umidificator
  - ✓ Canulă nazală
  - ✓ Conector conexiune canulă nazală/ furtun perimetru
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 24 luni

5. DEFIBRILATOR AUTOMAT

- cu baterie
- Putere maximă 360J
- Tipul de descărcare - variabil ascendent de la 50 la 360J
- buton ON / OFF
- Avertizări luminoase: privind electrozi, privind tipul de electrozi folosiți, pentru a nu atinge pacientul, indicație ca pacientul poate fi atins
- Indicatori: de stare cu LED-uri de informare asupra stării dispozitivului, nivel baterie
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 24 luni

6. DEFIBRILATOR EXTERN AUTOMAT

- defibrilator destinat departamentelor de urgenta
- Putere maximă 360J
- Afișare forme de unda: 1 canal
- timp vizualizare unda: 6 sec (ECG) –
- Monitorizare ECG
- Baterie reîncărcabila
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ Aparatul propriu zis
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 24 luni

7. GEANTĂ MEDICALĂ NEECHIPATĂ

- Din poliester impermeabil
- Lavabilă
- Compartimente interne 4
- compartimente externe 5 cu benzi reflectorizante
- Buzunare interioare cu plasă și fermoar
- benzi elastice de mărimi diferite pentru instrumentar si consumabile medicale
- culoare roșie
- termen de garanție minim 12 luni

8. Kit de resuscitare pediatric

- balon de resuscitare din silicon, autoclavabil
- masca de resuscitare
- rezervor de minim 2500 ml, cu valva
- 2 canule Guedel nr. ½
- tub de racord pentru oxigen
- cutie transport
- termen de garanție minim 12 luni

9. MASCĂ RESUSCITARE AUTOCLVABILĂ

- Pentru adulți
- Din silicon
- Autoclavabilă
- Să poată fi utilizată pe toate tipurile de balon pentru reanimare
- termen de garanție minim 6 luni

10. Monitor funcții vitale

- Monitor multifuncțional pentru pacienți, conceput pentru monitorizarea semnelor fiziologice vitale ale pacienților adulți, copii și nou-născuți
- funcții de înregistrare și afișare a parametrilor în timp real, cum ar fi ECG, tensiunea arterială ne invazivă (NIBP), saturația oxigenului (SpO2), respirația (RESP), temperatura (TEMP)
- alarmă vizuală și sonoră pentru alarmele fiziologice și tehnice
- acumulator litiu ion reîncărcabil
- Capacitate de stocare pentru toți parametrii
- Display LCD minim 12 "
- Protecție la defibrilare
- Configurația de livrare
  - ✓ Dispozitivul principal
  - ✓ Cablu și electrozi ECG
  - ✓ Sonda Spo2
  - ✓ Manșon pentru tensiometru pentru adulți/ mărimi mari
  - ✓ Sonda de temperatură
  - ✓ Cablu de alimentare
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 24 luni

11. Monitor pacient multi-parametru

- Monitor multifuncțional pentru pacienți, conceput pentru monitorizarea semnelor fiziologice vitale ale pacienților adulți, copii și nou-născuți
  - Parametri monitorizați minim: ECG, respirație, temperatură, SpO2, TA (NIBP)
- Alarmare sonoră și vizuală
- Acumulator Litiu reîncărcabil
- Configurația de livrare
  - ✓ Dispozitivul principal
  - ✓ Cablu și electrozi ECG
  - ✓ Sonda, cablu extensie și sensor Spo2

- ✓ Manșon pentru tensiometru pentru adulți și nou-născuți
- ✓ Conector manșetă – furtun NIBP
- ✓ Sonda de temperatură
- ✓ Cablu de alimentare
- ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

➢ termen de garanție minim 24 luni

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 1.3 - descrierea detaliată a produselor lot 3- aparatură și dispozitive de uz medical general

1. **APARAT AEROSOLI**

- Metodă de utilizare - cu piston
- Capacitate minima de vaporizare 0,20 ml/minut
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ furtun
  - ✓ piesă de nas
  - ✓ piesă de gură
  - ✓ kit nebulizare
  - ✓ filtru aer
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

2. **ASPIRATOR NAZAL**

- 2 niveluri de suctiune
  2 varfuri moi de dimensiuni diferite, ce pot fi sterilizate
- Alimentare cu baterii
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ 2 vârfuri de mărimi diferite, săculeț de depozitare si transport,
  - ✓ baterii
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

3. **ASPIRATOR SECREȚII**

- Dispozitiv medical pentru aspirația nazală, orală și traheală a lichidelor din corp la copii și adulți
- Display LCD
- Baterie Li-Ion
- Cu motor
- Sursă de alimentare - alimentator curent alternativ 220V
- Vaccum ajustabil
- Debit minim de aspirație fără vas – 25 l/m
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ vas colector lichide cu sistem de siguranță valvă prea-plin
  - ✓ tuburi de silicon autoclavabile
  - ✓ conectori conici
  - ✓ filtru antibacterial
  - ✓ canulă

- ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

4. CIOCAN DE REFLEXE

- Pentru adulți
- Din material rezistent la coroziune care să permită sterilizarea în autoclav
- Capul construit din material cauciucat
- Mâner, ergonomic
- Dimensiuni lungime 20-25 cm, cu o greutate situate între 80 grame-230 grame, corespunzătoare lungimii
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

5. LAMPA FRONTALA LED O.R.L

- Carcasă din aluminiu
- Comutator pornit/ oprit
- Intensitatea luminozității reglabilă
- reglarea individuala a unghiului de vedere
- cu baterii reincarcabile
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ încărcător
  - ✓ baterie
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

6. NEGATOSCOP PENTRU RADIOGRAFII

- Pentru montaj pe perete
- Carcasă din tablă de oțel vopsită în camp electrostatic/emailată
- Ecran alb monocromatic
- Iluminare prin fluorescență, lumina rece
- Suport pentru film din oțel inoxidabil
- Dimensiuni aproximative – 70*38 cm ± 10 cm
- Alimentare 220/230 V – 50-60 Hz
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

7. OTOSCOP

- Cap otoscop metalic
- Mâner pentru baterii metalic

- Iluminare standard
- 10 speculi auriculari dispozabili: diam.4,0
- 10 speculi auriculari dispozabili: 2.5 mm
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ încărcător
  - ✓ baterie
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

8. PURIFICATOR DE AER

- Pentru o suprafață minimă acoperită de 40 metri pătrați
- Flux de aer minim 350 metri cubi/oră
- Panou de comandă digital
- Display LED
- Sursă de alimentare - 220V
- Minim 3 moduri de putere – automat, noapte manual
- Dotat cu filtru HEPA
- Nivel maxim de zgomot – maxim 65 dB
- Configurația de livrare minimă
  - ✓ aparatul propiu-zis
  - ✓ Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

9. STETOSCOP

- Capsulă dublă din oțel inoxidabil
- Membrană care să nu provoace senzația de răcoare la contactul cu pielea
- Olive înlocuibile
- Tub în formă de Y, că căi separate pentru stânga și dreaptă lungime minim 70 cm
- Să nu conțină latex
- termen de garanție minim 12 luni

10. SUPORT MOBIL PERFUZIE

- Cadru din oțel
- Catarg fix
- Minim 3 posturi pentru perfuzie
- Bază în formă de stea cu 5 roți pivotante
- Înălțime ajustabilă
- Termen de garanție minim 12 luni

11. Teste urina 10 parametri

- **B**enzi pentru determinarea următorilor parametrii
  - ✓ Glucoză (GLU)
  - ✓ Bilirubină (BIL)

- ✓ Greutate specifică (SG)
- ✓ PH, corp de cetonă (KET)
- ✓ sânge ocult (BLD)
- ✓ proteine (PRO)
- ✓ urobilinogen (URO)
- ✓ nitrit (NIT)
- ✓ leucocite (LEU)
- ✓ Acid ascorbic (VC)

➢ Recipient cu 100 bucăți

12. TRUSĂ CHIRURGICALĂ

➢ Dotarea trusei să corespundă scopului camerei de gardă
➢ Instrumentar din inox
➢ Autoclavabile
➢ Minim 25 de instrumente medicale
➢ termen de garanție minim 24 luni

13. URINAR

➢ Din material plastic ce poate fi curățat și igienizat
➢ Prevăzut cu mâner și capac
➢ Destinat utilizării atât pentru femei cât și pentru bărbați
➢ Capacitate minim 900 ml
➢ Termen de garanție minim 6 luni

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 1.4 - descrierea detaliată a produselor lot 4 – dispozitive recuperare și reabilitare medicală

1. **BANCHETĂ PENTRU DUȘ**
- Cadru din aluminiu
- Reglabilă pe înălțime
- Să suporte o greutate minima de 90 kg
- Șezut și spătar din PVC, rezistent la coroziune
- Picioare prevăzute cu cauciuc
- Mâner lateral
- Dimensiuni approximative (lățime* înălțime) - 70*85 cm ±10 cm
- Termen de garanție minim 12 luni

2. **CADRU DE MERS PLIABIL**
- realizat din tub de aluminiu
- ajustabil in înălțime
- mânere si pufere de cauciuc
- mecanism de pliere frontal
- Termen de garanție minim 12 luni

3. **CADRU SUPORT SUSTINERE SPATE**
- Unghi reglabil
- Spătar realizat pe cadru metalic
- Cu tetieră detașabilă
- 5 niveluri de ajustare a inclinării
- Dimensiuni aproximative cadru 500 * 500 mm±10 cm
- Termen de garanție minim 12 luni

4. **CARUT BAIE (scaun de dus cu roti)**
- cadru din aluminiu, pliabil
- șezut din plastic rezistent la apă în fotmă de U
- Cu 4 roti, rotile din fata sau spate să fie dotate cu sistem de blocare
- Să suporte o greutate maximă de minim 80 Kg
- Suport pentru picioare din aluminiu
- Cotiere rabatabile.
- Termen de garanție minim 12 luni

5. **CENTURA PENTRU ÎNCHEIETURA MÂINII**
- produs elastic de fixare
- compoziție material - polyester, elasten, nylon
- diverse mărimi
- Termen de garanție minim 6 luni

6. **CENTURA TRUNCHI CU SUPORT PERINEAL**
- centura abdominala pentru stabilizarea trunchiului, din material laminat
- suport perineal

- prevăzută cu sistem de reglare
- sistemul de închidere prin agrafa sau magnetic
- Termen de garanție minim 6 luni

7. CENTURĂ ABDOMINALĂ CU FIXARE INGHINALĂ

- Compoziție minimă: latex, poliester, spuma poliuretanica
- Prevăzută cu 2 pelote detașabile: de stânga si dreapta,
- echipata cu o banda suplimentara
- diverse mărimi
- Termen de garanție minim 6 luni

8. COLAC ANTIESCARĂ

- Pentru uz medicinal
- Din cauciuc
- Prevăzut cu ventil și garnitură
- Diametru minim 45 cm maxim 50 cm
- Termen de garanție minim 6 luni

9. COPETE (pălăriuțe)

- Setul conține minim 40 de pălăriuțe, diverse culori și suport
- Diametru minim 18 cm
- Din PVC
- Termen de garanție minim 6 luni

10. ELASTIC GIMNASTICĂ EDUCATIVĂ

- Bandă fabricată din poliester și/ sau elastan
- Circumferință: minim 3 m
- Lățime minim 10 mm
- Termen de garanție minim 6 luni

11. FLEXOR PALMAR - 1,4 KG

- Dispozitiv exerciții degete cu butoane cu arcuri
- Rezistență medie
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

12. FLEXOR PALMAR

- Minge recuperare mana cu rezistenta mica
- Din latex
- Termen de garanție minim 6 luni

13. GARD ANTRENAMENT

- Realizat din PVC rezistent
- plat, ușor si flexibil
- Lățime gard: 50 cm

- Diferite culori și înălțimi
- termen de garanție minim 12 luni

14. GREUTĂȚI PENTRU ÎNCHEIETURI
- Set de 2 bucăți*0.5 kg
- Material exterior licra
- Material interior nisip
- Prindere cu bandă tip velcro
- Termen de garanție minim 6 luni

15. INALTATOR WC
- Din PVC
- Cu capac
- Greutatea maximă suportată minim 80 kg
- Înălțime fixă de minim 10 cm maxim 15 cm
- Cu sistem de fixare pe vasul de toaletă
- Compatibil cu toate tipurile de vase de toaletă standard
- Termen de garanție minim 6 luni

16. INALTATOR WC CU SPRIJIN PENTRU BRATE
- Din PVC
- Cu capac
- Greutatea maximă suportată minim 80 kg
- Înălțime fixă de minim 10 cm maxim 15 cm
- Cu sistem de fixare pe vasul de toaletă
- Brațele înălțătorului de toaleta să fie acoperite cu material anti alunecare
- Compatibil cu toate tipurile de vase de toaletă standard
- Termen de garanție minim 6 luni

17. INEL TIP CARABINA
- Cu sistem de blocare
- Dimensiune – 8*80

18. ÎNCĂLZITOR PACHETE TERAPIE (OALĂ)
- Capac cuvă din plastic
- Capacitate 30l
- Alimentare 220V
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

19. MANȘETĂ BRAȚ APARAT PRESOTERAPIE
- Compatibile cu aparatul de presoterapie model Dr. Life MK400 L
- Manșetă pentru mână
- Cu 6 camere

- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română
- termen de garanție minim 12 luni

20. MINGIE KINETO PILATES
- Din PVC
- înălțime 18 ȘI 26 cm
- Termen de garanție minim 6 luni

21. PĂTRATE SPUMĂ GIMNASTICĂ
- Din spumă
- Format din 9 pătrate cu latura de 60 cm și o grosime de minim 0,7 cm
- Suprafață aderentă diverse culori
- Termen de garanție minim 6 luni

22. PERNĂ ANTIESCARE CU GEL FLUID
- cu husă detașabilă
- partea superioară a husei din polyester
- partea inferioară din material antialunecare
- interiorul pernei – gel fluid
- exteriorul pernei material impermeabil
- dimensiune aproximativă 40cm*40 cm*3 cm
- Termen de garanție minim 6 luni

23. PLACĂ ECHILIBRU
- Din lemn
- Formă curbată
- Mărime S
- Termen de garanție minim 6 luni

24. SACI NISIP PENTRU GIMNASTICĂ MEDICALĂ
- Din PVC
- greutate - 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg
- Termen de garanție minim 6 luni

25. SALTEA ANTIESCARĂ DIN SPUMA
- Din spumă poliuretanică
- densitate minima de 20 kg/metru cub
- Husă detașabilă din material impermeabil, antifungic și antialergic
- Destinată persoanelor cu o greutate corporală minima de 70 kg
- Cu trei secțiuni
- Dimensiuni aproximative (Lungime * lățime) – 190 *80 cm ±10 cm
- Înălțime minim 10 cm
- Termen de garanție minim 24 luni

26. SCAUN WC DE CAMERĂ

- cadru din aluminiu
- șezut căptușit cu PVC
- prevăzut cu suport detașabil si rabatabil pentru picioare,
- patru roti pivotante din care rotile spate prevăzute cu frâna
- brațe rabatabile
- Vasul WC este detașabil si lavabil
- Greutatea maximă suportată minim 80 kg
- Termen de garanție minim 24 luni

27. SCRIPETE ELONGATIE

- sistem de scripeți pentru cabluri
- Cablu de oțel
- 3 carabiniere
- Dimensiune cablu: Ø 0,5 x L 250 cm
- Dimensiune scripete: Ø 5,5 x L 2,5 cm
- Dimensiune curea de încărcare: L 2,5 x L 84 cm (inclusiv ochiuri)
- Dimensiune curea de fixare a scripetelui: L 3 x L 26 cm (inclusiv ochiuri).
- Termen de garanție minim 24 luni

28. SUPORT PENTRU RIDICAREA DIN PAT

- Structură din oțel vopsit
- Greutate maximă admisă minim 70 kg
- Dotat cu mâner
- Ajustabil pe înălțime
- Cu stativ pentru pat
- Dimensiuni aproximative (Lungime* Adâncime* înălțime*) – 75*70* cm ±10 cm
- Termen de garanție minim 12 luni

29. ȘEZUT ROTATIV / PERNĂ ROTATIVĂ

- Disc rotativ 360°
- Realizat din două discuri care se rotesc unul împotriva celuilalt
- Diametru minim 35 cm
- Înălțimea minim 3 cm
- Partea superioară detașabilă
- Greutatea maximă suportată minim 90 kg
- Termen de garanție minim 24 luni

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Anexa 1.5 - descrierea detaliată a produselor lot 5 – echipamente gimnastică medicală

1. BANDĂ DE ALERGARE

- Echipată cu un motor de minim 1,3 CP
- Minim 10 programe
- Afișajul LCD să indice minim viteză, distanță, timp
- Pliabilă
- Ecran LCD
- roți de transport
- suprafața de alergare minim 800mm*250 mm
- minim 2 nivele de înclinare
- Greutatea maximă utilizator minim 80 kg
- Termen de garanție minim 24 luni
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

2. BICICLETĂ RECUPERARE

- mecanică
- pentru mâini și picioare
- reglabilă
- pedale antialunecare
- posibilitatea de reglare a dificultății de pedalare
- Termen de garanție minim 24 luni
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

3. BICICLETĂ CU SPĂTAR

- Magnetică
- Destinată în principal pentru recuperare medicală
- Orizontală
- pedale anti-alunecare
- Dotată cu roți de transport și suporturi de echilibare pentru podea
- Greutatea maximă a utilizatorului minim 90kg
- Scaun reglabil, cu spătar
- Controlul rezistenței pe minim 8 niveluri
- Dotată cu calculator cu ecran LCD
- Funcții minime computer – timp
  - Viteză
  - Puls
- dimensiuni aproximative (L x l x î) 140 x 66 x 100 cm ± 20 cm
- dotată cu 2 baterii, incluse în pachet
- Termen de garanție minim 24 luni
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

4. COARDĂ DE SĂRIT

- Mânere din polipropilenă

- Coarda din PVC
- Termen de garanție minim 12 luni

5. STEPPER

- Rezistență magnetică
- Minim 6 niveluri de rezistență
- Cu mânere
- Pentru o greutate minimă utilizator 90 kg
- Display
- Să poată măsura minim timpul, viteza, distanță
- Alimentare cu baterii
- Termen de garanție minim 12 luni
-

6. STEPPER CU MÂNERE ȘI CORZI

- 2 mânere verticale mobile
- 2 corzi elastice
- Rezistență ajustabilă
- Înălțime reglabilă cu cel puțin 2 trepte
- Calculator cu ecran LCD
- greutate maximă utilizator minim 80 kg
- Termen de garanție minim 24 luni
- Instrucțiuni/ Manual de utilizare în original și traducerea identică și integrală în limba română

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Anexa 1.6 - descrierea detaliată a produselor lot 6 – lămpi bactericide

1. **LAMPĂ BACTERICIDĂ UVC PORTABILĂ**
- prevăzută cu 2 tuburi UVC de minim 50W și reflector
- suprafața de sterilizare minim 50 mp
- carcasa din otel
- înălțimea reglabila
- suport mobil prevăzut cu tija din otel si inox;
- cablul de alimentare minim 2 m
- Clasa de protecție electrica IP20
- Termen de garanție minim 12 luni

2. **LAMPĂ BACTERICIDĂ UVC**
- prevăzută cu 4 tuburi UVC de minim 25W
- mobilă, prevăzută cu rotile
- suprafața de sterilizare minim 50 mp
- cablul de alimentare minim 3 m
- Clasa de protecție electrica IP20
- Unghi de ajustare a brațului între 0°-180°

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director Direcția Administrativ

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciul Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 2.1 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 1-dispozitive medicale de măsurat

nr crt	Solicitant	Adresă de livrare	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	Serviciul Administrativ	Calea Moșilor nr. 132	Vera Ipate, tel. 0771.674.386
2	CPCVD	Șos. Pantelimon nr. 301	Andreea Bădăluță, tel. 0732.007.697
3	DAS	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu Stoichici, tel. 0722.216.426
4	Serviciul Ambulanța Socială	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu Stoichici, tel. 0722.216.426
5	CSCH	Str. Traian nr. 144	Mariana Șontea, tel. 0769.948.173
6	CPRU Cireșarii	Str. Aaron Florian nr. 5	Carmen Neagu, tel. 0723.653.441
7	Centrul Casa din Tei	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Vasile Dima, tel. 0745.085.997
8	CIG Neghiniță	Str. Austrului nr. 37	Elena Asmarandei, tel. 0723.188.962
9	Centrul Gavroche	Str. Caroteni nr. 21-23	Vasile Dima, tel. 0745.085.997
10	Centrul Sf Pantelimon	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu Stoichici, tel. 0722.216.426
11	CRRN 1	Str. Balotului nr. 42	Flori Bolohan, Telefon 0723.562.886
12	CRRN 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Daniela Beldiman, tel. 0786.233.353
13	CSNRTA	Șos. Pantelimon nr. 301	Dorina Ciubuc, tel.0735.886.619
14	Centrul de Criza	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
15	CIA 2	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
16	CZPVB	Bdul Basarabia nr. 96	Marga Niculae, tel. 0723.005.923
17	CRPV Speranța	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Manuela Lupeș, Telefon 0755.484.848

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina ARRENNER
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 2.2 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 2- dispozitive și echipamente medicale pentru medicina de urgență

nr crt	Solicitant	Adresă de livrare	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	Serviciul Ambulanța Socială	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu Stoichici, tel. 0722.216.426
2	CSCH	Str. Traian nr. 144	Mariana Șontea, tel. 0769.948.173
3	CRRN 1	Str. Balotului nr. 42	Flori Bolohan, Telefon 0723.562.886
4	CRRN 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Daniela Beldiman, tel. 0786.233.353
5	Centrul de Criza	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
6	CIA 2	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
7	CRPV Speranța	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Manuela Lupeș, Telefon 0755.484.848

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Anexa 2.3 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 3- aparatură și dispozitive de uz medical general

nr crt	Solicitant	Adresă de livrare	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	Serviciul Ambulanța Socială	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu Stoichici, tel. 0722.216.426
2	Centrul Casa din Tei	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Vasile Dima, tel. 0745.085.997
3	CSCH	Str. Traian nr. 144	Mariana Șontea, tel. 0769.948.173
4	CRRN 1	Str. Balotului nr. 42	Flori Bolohan, Telefon 0723.562.886
5	CRRN 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Daniela Beldiman, tel. 0786.233.353
6	Centrul de Criza	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
7	CIA 2	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
8	CRPV Speranța	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Manuela Lupeș, Telefon 0755.484.848
9	Centrul Ion Creangă	Str. Valer Dumitrescu nr 33	Daniela Vâlcu, tel. 0770.800.342

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Anexa 2.4 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 4 – dispozitive recuperare și reabilitare medicală

nr crt	Solicitant	Adresă de livrare	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	CSCH	Str. Traian nr. 144	Mariana Șontea, tel. 0769.948.173
2	CRRCMDF	Str. Oituz nr. 9	Edi Oană, tel. 0770.801.267
3	CSNRTA	Șos. Pantelimon nr. 301	Dorina Ciubuc, tel.0735.886.619
4	Centrul de Criza	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
5	CRPV Speranța	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Manuela Lupeș, Telefon 0755.484.848
6	Centrul Ion Creangă	Str. Valer Dumitrescu nr 33	Daniela Vâlcu, tel. 0770.800.342

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Anexa 2.5 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 5 – echipamente gimnastică medicală

nr crt	Solicitant	Adresă de livrare	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	CSCH	Str. Traian nr. 144	Mariana Șontea, tel. 0769.948.173
2	CRRCMDF	Str. Oituz nr. 9	Edi Oană, tel. 0770.801.267
3	CSNRTA	Șos. Pantelimon nr. 301	Dorina Ciubuc, tel.0735.886.619
4	CIA	Str. Mihai Eminescu nr.87	Potop Elvis, Telefon 0770.322.783
5	CRPV Speranța	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Manuela Lupeș, Telefon 0755.484.848
6	Centrul Ion Creangă	Str. Valer Dumitrescu nr 33	Daniela Vâlcu, tel. 0770.800.342

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

Anexa 2.6 - locațiile unde se vor efectua livrările și persoane de contact lot 6 – lămpi bactericide

nr crt	Solicitant	Adresă de livrare	Numele, prenumele și telefonul persoanei de contact
1	SASP	Calea Moșilor nr. 132	Vera Ipate, tel. 0771.674.386
2	CPCVD	Șos. Pantelimon nr. 301	Andreea Bădăluță, tel. 0732.007.697
3	Serviciul Ambulanța Socială	Șos. Pantelimon nr. 301	Gelu Stoichici, tel. 0722.216.426

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.1 - Cantități lot 1 Dispozitive medicale de măsurat

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Serviciul Administrativ	CPCVD	DAS	Serviciul Ambulanța Socială	CSCH	CPRU Cireșarii	Centrul Casa din Tei	CIG Neghiniță	Centrul Gavroche	Centrul Sf Pantelimon	CRRN 1	CRRN 2	CSRNTA	Centrul de Criza	CIA 2	CZPVB	CRPV Speranța	**Total**
1	ANALIZATOR DE URINĂ	BUC					1													**1**
2	APARAT DE MĂSURAT INR TIP 1	BUC				4														**4**
3	APARAT DE MĂSURAT INR TIP 2	BUC											1						1	**2**
4	GLUCOMETRU TIP 1	BUC				4							3							**7**
5	GLUCOMETRU TIP 2	BUC														1			3	**4**
6	MANSETA TENSIOMETRU BRAT DIAMETRU 24-48 cm	BUC													1					**1**
7	PULSOXIMETRU CU SENZOR	BUC											1							**1**
8	PULSOXIMETRU DE DEGET	BUC				4	1	1					3		1	1	4		3	**18**
9	SCANNER TEMPERATURĂ	BUC					1													**1**
10	TENSIOMETRU DIGITAL TIP 1	BUC												3						**3**
11	TENSIOMETRU DIGITAL TIP 2	BUC					1	1	1	1	1			2	1	1	2		2	**13**
12	TENSIOMETRU ELECTRONIC INCHEIETURA	BUC															2			**2**
13	TENSIOMETRU MECANIC	BUC				4							2							**6**

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Serviciul Administrativ	CPCVD	DAS	Serviciul Ambulanța Socială	CSCH	CPRU Cireșarii	Centrul Casa din Tei	CIG Neghiniță	Centrul Gavroche	Centrul Sf Pantelimon	CRRN 1	CRRN 2	CSRNTA	Centrul de Criza	CIA 2	CZPVB	CRPV Speranța	**Total**
14	TERMOMETRU CU INFRAROSU NON CONTACT	BUC	4	**1**	2	2						4			1			1		**15**
15	TERMOMETRU DE CORP	BUC																	6	**6**

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.2 - Cantități lot 2 dispozitive și echipamente medicale pentru medicină de urgență

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Serviciul Ambulanța Socială	CSCH	CRRN 1	CRRN 2	CENTRU CRIZA	CIA	CRPV Speranța	**Total**
1	BALON PENTRU RESPIRAȚIE ARTIFICIALĂ	BUC			1				1	**2**
2	CONCENTRATOR DE OXIGEN TIP 1	BUC			1					**1**
3	CONCENTRATOR DE OXIGEN TIP 2	BUC					1			**1**
4	CONCENTRATOR DE OXIGEN TIP 3	BUC		1				1		**2**
5	DEFIBRILATOR AUTOMAT	BUC		1						**1**
6	DEFIBRILATOR EXTERN AUTOMAT	BUC			1					**1**
7	GEANTĂ MEDICALĂ NEECHIPATĂ	BUC	4							**4**
8	KIT DE RESURCITAR PEDIATRIC	BUC		1						**1**
9	MASCĂ RESUSCITARE AUTOCLVABILĂ	BUC			3					**3**
10	MONITOR FUNCȚII VITALE	BUC			1	1		1		**3**
11	MONITOR PACIENT MULTI PARAMETRU	BUC		2						**2**

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.3 -Cantități lot 3 aparatură și dispozitive de uz medical general

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Serviciul Ambulanța Socială	Centrul Casa din Tei	CSCH	CRRN 1	CRRN 2	CENTRUL DE CRIZA	CIA 2	CRPV Speranța	Centrul Ion Creangă	**Total**
1	APARAT AEROSOLI	BUC		1		1				1		**3**
2	ASPIRATOR NAZAL	BUC		1			2					**3**
3	ASPIRATOR SECREȚII	BUC				1						**1**
4	CIOCAN DE REFLEXE	BUC									1	**1**
5	LAMPA FRONTALA LED O.R.L	BUC				1						**1**
6	NEGATOSCOP PENTRU RADIOGRAFII	BUC									1	**1**
7	OTOSCOP	BUC		1		1					1	**3**
8	PURIFICATOR DE AER	BUC							10			**10**
9	STETOSCOP	BUC	4	1		4				3		**12**
10	SUPORT MOBIL PERFUZIE	BUC			1	2		1				**4**
11	TESTE URINĂ 10 PARAMETRI	BUC			2							**2**
12	TRUSĂ CHIRURGICALĂ	BUC				2						**2**
13	URINAR	BUC						4	20	20		**44**

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3. 4 - Cantități lot 4 dispozitive recuperare şI reabilitare medicală

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M.	CSCH	CRRCMDF	CSRNTA	Centrul de Criza	CIA 2	CRPV Speranța	Centrul Ion Creangă	**Total**
1	BANCHETĂ PENTRU DUȘ	BUC				1		5		**6**
2	CADRU DE MERS PLIABIL	BUC						5		**5**
3	CADRU SUPORT SUSTINERE SPATE	BUC						15		**15**
4	CARUT BAIE (scaun de dus cu roti)	BUC						8		**8**
5	CENTURA PENTRU ÎNCHEIETURA MAINII	BUC						2		**2**
6	CENTURA TRUNCHI CU SUPORT PERINEAL	BUC						3		**3**
7	CENTURĂ ABDOMINALĂ CU FIXARE INGHINALĂ	BUC					5	3		**8**
8	COLAC ANTIESCARĂ	BUC				4		20		**24**
9	Copete (palariute)	SET		1						**1**
10	ELASTIC GIMNASTICĂ EDUCATIVĂ	BUC		1						**1**
11	FLEXOR PALMAR - 1,4 KG	BUC	2		1					**3**
12	FLEXOR PALMAR	BUC			1					**1**
13	GARD ANTRENAMENT	BUC		3						**3**
14	GREUTĂȚI PENTRU ÎNCHEIETURI	SET	4		6					**10**
15	INALTATOR WC	BUC				1		10		**11**
16	INALTATOR WC CU SPRIJIN PENTRU BRATE	BUC					3			**3**
17	INEL TIP CARABINA	BUC			2					**2**
18	ÎNCĂLZITOR PACHETE TERAPIE (OALĂ)	BUC			1				1	**2**
19	MANȘETĂ BRAȚ APARAT PRESOTERAPIE	BUC			2					**2**
20	MINGIE KINETO PILATES	BUC			4					**4**
21	PĂTRATE SPUMĂ GIMNASTICĂ	BUC		12						**12**
22	PERNĂ ANTIESCARE CU GEL FLUID	BUC					3	15		**18**
23	PLACĂ ECHILIBRU	BUC	2							**2**
24	SACI NISIP PENTRU GIMNASTICĂ MEDICALĂ	BUC			8					**8**
25	SALTEA ANTIESCARĂ DIN SPUMA	BUC				4	3	10		**17**
26	SCAUN WC DE CAMERĂ	BUC				1	8	15		**24**
27	SCRIPETE ELONGATIE	SET			1					**1**
28	SUPORT PENTRU RIDICAREA DIN PAT	BUC				2	8	16		**26**
29	ȘEZUT ROTATIV / PERNĂ ROTATIVĂ	BUC					4			**4**

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.5- Cantități lot 5 echipamente gimnastică medicală

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M.	CSCH	CRRCMDF	CSRNTA	CIA 2	CRPV Speranța	CREANGA	**Total**
1	BANDA DE ALERGARE	BUC	1						**1**
2	BICICLETA RECUPERARE	BUC				2	1		**3**
3	BICICLETA CU SPATAR	BUC			1			1	**2**
4	Coarda de sarit	BUC		1					**1**
5	STEPPER	BUC	1				1		**2**
6	STEPPER CU MÂNERE ȘI CORZI	BUC			1				**1**

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.6 - Cantități lot 6 lămpi bactericide

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M.	SASP	CPCVD	Serviciul Ambulanța Socială	**Total**
1	LAMPĂ BACTERICIDĂ UVC PORTABILĂ	BUC	1	1		**2**
2	LAMPĂ BACTERICIDĂ UVC	BUC			1	**1**

Andrei Răzvan CONDURĂȚEANU
Director - Direcția Administrativ

Ing. Cristina NEGRU
Șef Serviciu Administrativ

Maria Cristina BRENNER
Inspector de specialitate